



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП СПО «Аналитприбор»),
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
основной государственный регистрационный номер 1026701427774 от 21 июня 2013г.

Адрес: 214031, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3,
Телефон: +74812311242, Факс: +74812317517, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru,
ОГРН 1026701427774

в лице Антонов Владислав Николаевич, Генеральный директор

заявляет, что Газоанализаторы Палладий-3М. Продукция изготовлена по техническим условиям ИБЯЛ.413411.048 ТУ и в соответствии с ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП СПО «Аналитприбор»),
214031, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3,
Код ТН ВЭД ТС: 9027101000
Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 000169-6/004/020 от 10.02.2014 г. Испытательная лаборатория ООО "ПродМашТест" (рег. № РОСС RU.0001.21AB79, от 28.10.2011г. по 28.10.2016г.)

Дополнительная информация

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) рег. № РОСС RU.ИС08.К01975 от 05.12.2013 г. выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" (рег. № РОСС RU.0001.13ИС08, адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 45/8, лит. А, пом. 6Н).

Условия хранения газоанализаторов Палладий-3М в соответствии с ГОСТ 15150-69 (группа V). Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня отгрузки газоанализаторов Палладий-3М потребителю, средний полный срок службы газоанализаторов Палладий-3М не менее 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.02.2019 включительно.



Антонов Владислав Николаевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя
или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АГ35.В.00128

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.02.2014